



pH 7,413 certifierat referensmaterial-CRM-standardlösning för buffert, IUPAC, 500 mL

Produktnr: S11M005
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Certifierat referensmaterial-CRM i enlighet med EN ISO 17034

Certifierad referensmaterial-CRM-IUPAC-standardlösning för pH-buffert i enlighet med DIN EN ISO 17034:2017 med analyscertifikat* som rapporterar exakt pH-buffertvärde. Spårbarhet enligt IUPAC och NIST pH-skala. Garanterad hållbarhet tack vare en lufttät påse i aluminium. Färglös pH-buffertlösning. pH 7,413 $\pm$ 0,010 ($k=2$) vid 25 °C, 500 mL-flaska.

*Tillgängligt för nedladdning från www.hach.com/CoA.

Ackrediterad tillverkare av referensmaterial

Hach ackrediteras av den tyska ackrediteringsmyndigheten DAkkS som registrerad producent av referensmaterial i enlighet med DIN EN ISO 17034:2017 (D-RM-15184-01-00). Hachs kalibreringslab i Berlin är registrerat i enlighet med DIN EN ISO/IEC 17025:2018 (D-K-15184-01-00).

Fullständigt spårbara standarder

Användning av standarder som tillverkats av en ackrediterad tillverkare av referensmaterial ger dig fullständig tillförlitlighet gällande spårbarhetskedjan och beräknade osäkerheter. Alla standarder formuleras i enlighet med NIST- och IUPAC-specifikationerna.

2 års hållbarhet garanteras

Varje standard levereras i en lufttät påse i aluminium som garanterar säker förvaring.

Det certifierade värdet garanteras i 2 år från utfärdandedatumet tills det öppnas första gången.

Ladda ned certifikat

Varje standard har ett eget analyscertifikat tillgängligt för nedladdning från Hachs webbplats.

Beprövad spårbarhet

Varje standard har sitt eget certifikat för efterlevnad och spårbarhet, som är tillgängligt för hämtning från Hachs webbplats. Användandet av standardiserade pH-buffertar som tillverkats av ett auktoriserat laboratorium ger dig fullständig tillförlitlighet gällande spårbarhetskedjan och beräknade osäkerheter.

Specifikationer

Beskrivning:	Reagens för pH-buffertkalibrering
Färgkodad?:	Nej
Fotnot :	¹ Utom pH 7,000 som formulerats av oss enligt NIST-, IUPAC- och DIN19266-specifikationer för pH 6,865 och pH 7,413 ² Dansk Fundamental Metrologi A/S har auktoriserats för pH-mätningar av Danish Accreditation and Metrology Fund (DANAK) (nr. 255)

Lagringsförhållanden:	10–25 °C (skyddas mot ljus)
NIST-spårningsbar:	Ja
Package settings:	Flaska
Parameter:	pH
pH Värde(n):	7,413 ±0,010 pH vid 25 °C
Volym/förpackningsstorlek:	500 mL