

LeadTrak-reagenssats

Produktnr: **2375000**

SEK Pris: Kontakta oss
Inget leveransdatum anges

Farligt



Syralösligt bly i ett dricksvattenprov koncentreras först i en Fast Column Extractor. Bly elueras sedan från extraktorn och mäts kolorimetriskt med en indikator.

Reagenssats för blymätning genom LeadTrak™, snabb kolonnextraktion. Hach-metod 8317. Område: 5 till 150 µg/L som Pb. Provvolym: 100 mL. 20 tester/reagenssats.

Specifikationer

Antal tester :	20
Instrument:	Alla utom DR/800
Mätområde:	5 - 150 µg/L Pb
Metodnamn:	LeadTrak
Metodnummer:	8317
Parameter:	Bly
Shipping Method:	Lead Reagent set