

Manganreagenssats, 0,006 - 0,700 mg/L Mn, 25 mL

Produktnr: **2243300**

SEK Pris: Kontakta oss

Tillgänglig

Farligt



För mätning av mangan med PAN-metoden. För 25 mL-prov.

För mätning av mangan med PAN-metoden. Hach-metod 8149. Område: 0,006 - 0,700 mg/L Mn. Provvolym: 25 mL. Reagenssatsen innehåller: kuddar med askorbinsyrapulver, alkalisk cyanidreagens och PAN-indikatorlösning (0,1 %) för 100 tester.

(DR/3000, DR/2000)

Specifikationer

Antal tester :	100
Instrument:	DR/3000, DR/2000
Mätområde:	0,006 - 0,700 mg/L Mn
Metodnamn:	PAN
Metodnummer:	8149
Provvolym:	25 mL
Specialfunktioner:	Sats med manganreagens, 25 mL, LR