

DPD, totalklor, Swiftest-dispenserreagens (påfyllning)

Produktnr: **2105660**

SEK Pris: Kontakta oss

Tillgänglig

Farligt





DPD, utbytesflaska för reagensdispenser vid mätning av totalklor, 0,02-2,00 mg/L Cl_2.

Approximately 250 tests

Specifikationer

Antal tester :	250
EPA compliant:	Ja
Instrument:	Alla utom DR/3000, DR/2000
Mätområde:	0,02 - 2,00 mg/L Cl_2
Metodnamn:	DPD
Metodnummer:	8167
Parameter:	Klor, totalt
Plattform:	Swiftest